

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály

Mikrobiológiai Jártassági Körvizsgálat 2025./I.

Gomba azonosítása és antimikotikum érzékenység meghatározása

Elvárt eredmények

Tesztkészítmény jele	Mikol KV 1/2025
Identifikálás eredménye	<i>Candida albicans</i>

Tesztkészítmény jele	Mikol KV 2/2025
Identifikálás eredménye	<i>Aspergillus fumigatus</i>

ANTIMIKOTIKUM ÉRZÉKENYSÉG MEGHATÁROZÁSA

Minta azonosítója	Mikol KV 1/2025		Mikol KV 2/2025	
Antimikotikumok:	MIC ($\mu\text{g/ml}$)	Értékelés	MIC ($\mu\text{g/ml}$)	Értékelés
Amphotericin B	0,125	E	1	E
Fluconazole	0,25	E	-	-
Voriconazole	0,008	E	0,125	E
Posaconazole	0,008	E	0,25	M
Anidulafungin	0,016	E		
Itraconazole	0,03	E	0,5	E
Caspofungin	0,06	!		
Micafungin	0,016	E		

Eucast alapján IE (!): Nincs elegendő bizonyíték a szer hatásosságát illetően.



Ikt. sz: NNGYK/33322-4/2025

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály

!: Jelenleg nincs határtérték megadva.

Budapest, 2025.04.14.

Darvas Eszter
biomérnök



Dr. Damjanova Ivelina
osztályvezető