

<b>OENO:</b>	31460
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Has célzott felvétel
<b>Indikáció:</b>	Acut hasi katasztrófák klinikai gyanúja, mely lehet az emésztőtraktus valamely szakaszának elzáródása (ileus), illetve üreges hasi szerv perforációja vagy más, az életet veszélyeztető, sürgős műtéti megoldást igénylő hasi megbetegedés. Emésztőtraktusba került sugárelnyelő idegentest kimutatása. Hasi szervek mészes depozíciója (máj, lép, hasi erek, nyirokcsomók, pancreas, pl. chronicus pancreatitisben).
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	rekesz, máj, lép, vesék, m. psoas, alsó bordák, L.-gerinc, medence, bélgázok, meszes képletek
<b>Képméret:</b>	24x30, 30x40 cm
<b>FFT:</b>	
<b>Centrális sugár:</b>	Merőleges
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A paciens a vizsgálószerkezetben áll (vagy fekszik). A has valamennyi részének átvilágítása megtörténik. Az elváltozások célzottan 24 x 30 cm-es méretben exponálva rögzítésre kerülnek. Általában egy áttekintő hasi célzott felvétel is készül.
<b>Felvételi követelmény:</b>	Elfordulás nélkül látszódnak az ábrázolandó anatómiai képletek. A rekesz jól ábrázolódjon. A gerinc a felvétel közepén legyen.
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.