

<b>OENO:</b>	31821
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Térd, tartott felvétel
<b>Indikáció:</b>	A térdizületben lévő medialis szalagok állapotának megítélése.
<b>Blende határok:</b>	Felső széle a combcsont distalis harmada, alsó széle a lábszár proximalis harmada, oldalsó széle a laterális lágyrészhatárok.
<b>Anatómiai képletek:</b>	térdizület, a femur distalis része, a tibia és fibula proximalis rész
<b>Képméret:</b>	18 × 24 cm
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	merőleges
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A paciens vizsgálóasztalon helyezkedik el, lábát kinyújtja. Első lépcsőben AP felvételt készítünk, merőleges sugárnyaláb. A centrálás a térdizületi részre történik. Expozíció után a paciens helyzete nem változik a cső helyzete és a sugárirány is változatlan. A centrálás a térdizületi részre történik, azonban a segédszemélyzet ólomkötény, ólomgumikesztyű védelmében a lábszárat a combcsont rögzítése mellett laterális ill. medialis irányba húzza (vagy tartószerkezetben 15 kg nyomással).
<b>Felvételi követelmény:</b>	A térdizület elfordulás nélkül ábrázolódjon. A patella a femurra vetüljön. A tibia prox. vége részben vetüljön rá a fibula fejecsre.
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.